INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wodoszczelna sonda do pomiaru temperatury powierzchni Testo (termopara typu K)

Pełna instrukcja obsługi w języku polskim

Sonda do pomiaru temperatury powierzchni Testo 0602-0693 jest przeznaczona do kontaktowego pomiaru temperatury różnorodnych powierzchni. Wyposażona w termoparę typu K klasy 1, umożliwia precyzyjny pomiar w szerokim zakresie temperatur, od -60 do +1000 °C.

INFORMACJE O ZASTOSOWANIU

Sonda służy do bezpośredniego kontaktowego pomiaru temperatury powierzchni. Przykłada się ją do mierzonej powierzchni z odpowiednim dociskiem, nie przekraczając maksymalnej siły docisku wynoszącej 10 N.

⚠ Przy pomiarach powyżej 500 °C: maksymalny czas pomiaru wynosi 5 minut; przerwa między pomiarami musi wynosić co najmniej 5 minut. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może uszkodzić sondę.

DANE TECHNICZNE

- Zakres pomiarowy temperatury: -60 do +1000 °C (-76 do +1832 °F)
- Dokładność: termopara typu K, klasa 1
- Maksymalny docisk: 10 N
- Długość rurki czujnika: 150 mm
- Średnica końcówki czujnika: Ø 4 mm

SPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy temperatury	**-60 do +1000 °C (-76 do +1832 °F)**
Dokładność	**Termopara typu K, klasa 1**
Maksymalny docisk	**10 N**
Maks. czas pomiaru (>500 °C)	**5 min**
Przerwa między pomiarami (>500 °C)	**5 min**
Długość rurki czujnika	**150 mm**
Średnica końcówki czujnika	**Ø 4 mm**

Producent: Testo SE & Co. KGaA, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt,
Niemcy. Tłumaczenie i opracowanie: Thermonext.